

## 元培醫事科技大學 乾燥設備（烘箱）定期檢查表

系(所)名稱：		設備編號：		
設置地點：		檢查週期：每年一次 檢查日期：_____年_____月_____日		
檢查項目		檢查方法	檢查結果	改善措施及追蹤
1	內面、外面及外部之棚櫃等有無損傷、變形或腐蝕。	目視		
2	危險物之乾燥設備中，排出因乾燥產生之氣體、蒸氣或粉塵等之設備有無異常。	目視		
3	使用液體燃料或可燃性液體為熱源之乾燥設備，燃燒室或點火處之換氣設備有無異常。	目視		
4	窺視孔、出入孔、排氣孔等開口部有無異常。	目視		
5	內部溫度測定裝置及調整裝置有無異常。	目視		
6	設置於內部之電氣機械器具或配線有無異常。	目視		
檢查人員：  實驗室負責人：_____ 系(所)主管：_____				

- 備註：
1. 檢查結果：正常（V）、異常（×）、無此項目（—），檢查異常時，請註明異常狀況及改善措施情形。
  2. 檢查表應保存三年，由作業場所單位自行保存及備查。