

元培醫事科技大學 小型壓力容器(小型滅菌鍋)定期檢查表

系(所)名稱：		設備編號：		
設置地點：		檢查週期：每年一次 檢查日期：_____年_____月_____日		
檢查項目		檢查方法	檢查結果	改善措施及追蹤
本體	1.本體應無損傷或洩漏	檢點		
	2.本體表面應無腐蝕、無變形	目視		
蓋板螺栓	1. 螺栓應完整、無鬆動、無損傷	檢點		
	2.蓋板應無變形	目視		
	3.蓋板應無腐蝕、無損傷	目視		
管線及閥	1.管線應無損傷、無洩漏	檢點		
	2.管線應無腐蝕	目視		
	3.閥組應無損傷、無洩漏	檢點		
	4.閥組應無腐蝕	目視		
其他	1.作業通道應無阻塞	目視		
檢查人員： 實驗室負責人：_____ 系(所)主管：_____				

備註：

1. 檢查結果：正常 (V)、異常 (×)、無此項目 (—)，檢查異常時，請註明異常狀況及改善措施情形。
2. 檢查表應保存三年，由作業場所單位自行保存及備查。